

Паспорт № 330103-11-23

Буферный раствор для рН-метрии рН=1.68 (фл. 500 мл)

(наименование продукта и его квалификация или марка)

ТУ, ГОСТ	ТУ 2638-005-69240025-2020
Партия	11-23
Грузополучатель	

Дата изготовления	11.2023
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Бледно-зелёная жидкость	Соответствует
Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более	± 0,03	Соответствует

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2638-005-69240025-2020



ООО "Химические решения"

199178, Санкт-Петербург,
17-я линия В.О., д.52, к.2А, пом. 20Н

ДЛЯ ПАСПОРТОВ
И СЕРТИФИКАТОВ

Ключ паспорта: 51e63ca0b7b1a998b8b59650d52dab60

Постоянный адрес ссылки: <https://csdb.ru/p2.php?p=51e63ca0b7b1a998b8b59650d52dab60>