

## Паспорт № 330018-89

Калий хлористый 0,1Н (уп.-10шт)

ТУ, ГОСТ	ТУ 2642-001-33813273-97
Партия	89
Грузополучатель	

Дата изготовления	05.2024
Вид и тип тары	
Формула	KCl

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Коэффициент поправки	1,00 ± 0,01	1,00

Гарантийный срок хранения 4 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2642-001-33813273-97

Изготовитель: АО НПНП 'Уралхиминвест'



<https://cldb.ru/p2.php?p=4726ee85e227abce5ec93fc9c88d1fc2>