

## Паспорт № 330101-09-26

Буферный раствор для рН-метрии рН=7.01 (фл. 500 мл)

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| ТУ, ГОСТ        | ТУ 2638-005-69240025-2020 |
| Партия          | 09-26                     |
| Грузополучатель |                           |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Дата изготовления | 09.2026 |
| Вид и тип тары    |         |
| Формула           |         |

| Наименование показателя                                             | Норма                   | Результаты анализа |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Внешний вид                                                         | Бледно-зелёная жидкость | Соответствует      |
| Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более | $\pm 0,01$              | Соответствует      |

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2638-005-69240025-2020



<https://csdb.ru/p2.php?p=d50a22043ade83d6ecf2ff9e9b7ef25d>