

Паспорт № 330104-06-26

Буферный раствор для рН-метрии рН=9.18 (фл. 500 мл)

ТУ, ГОСТ	ТУ 2638-005-69240025-2020
Партия	06-26
Грузополучатель	

Дата изготовления	06.2026
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Бледно-голубая жидкость	Соответствует
Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более	$\pm 0,01$	Соответствует

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 2638-005-69240025-2020



<https://csdb.ru/p2.php?p=ea066697fd5fc728f654e6afc9555ae1>