

Паспорт № 330100-09-26

Буферный раствор для рН-метрии рН=4.01 (фл. 500 мл)

ТУ, ГОСТ	ТУ 20.59.52-002-84716028-2025
Партия	09-26
Грузополучатель	

Дата изготовления	09.2026
Вид и тип тары	
Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Бледно-розовая жидкость	Соответствует
Отклонение значения рН буферного раствора от номинального, не более	$\pm 0,01$	Соответствует

Гарантийный срок хранения 2 года

Продукт соответствует требованиям ТУ 20.59.52-002-84716028-2025



<https://csdb.ru/p2.php?p=f2c9fcdbd91d15deca243cabf96b3f94>